



КАТАЛОГ УСЛУГА



Република Србија
Министарство привреде
Дирекција за мере и драгоцене метале

www.dmdm.gov.rs

2020.

САДРЖАЈ

I	ЕТАЛОНИРАЊЕ	2
1.	МАСА.....	2
2.	ПРИТИСАК.....	2
3.	ДУЖИНА И УГАО	3
4.	АКУСТИКА.....	4
5.	ВРЕМЕ, ФРЕКВЕНЦИЈА И БРЗИНА	5
6.	ЗАПРЕМИНА	6
7.	ТЕМПЕРАТУРА.....	8
8.	РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ.....	9
9.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН	10
10.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ	10
11.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА	11
12.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН	11
13.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА	12
14.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СНАГА.....	13
15.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.....	14
16.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.....	14
17.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ФАЗНИ УГАО	15
18.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ	15
19.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ	15
20.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР АМПЛИТУДНА ГРЕШКА	16
21.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ	16
22.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/ОДНОС ТРАНСФОРМАЦИЈЕ.....	16
23.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/СТРУЈНИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ	17
24.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА КАПАЦИТИВНОСТ	17
25.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ИНДУКТИВНОСТ	17
26.	ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ И МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ.....	18
27.	ФОТОМЕТРИЈА И РАДИОМЕТРИЈА	19
II	СЕРТИФИКОВАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ	20
1.	ФОРЕНЗИКА	20
III	ИСПИТИВАЊЕ	22
1.	МАСА	22
2.	ПРИТИСАК.....	22
3.	СИЛА.....	22
4.	ДУЖИНА & УГАО.....	22
5.	АКУСТИКА.....	22
6.	ТЕМПЕРАТУРА.....	22
7.	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	23
8.	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.....	23
9.	РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.....	23
10.	МЕРИЛА ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ И МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ	23
11.	ЗАПРЕМИНА ТЕЧНОСТИ	24
12.	БРЗИНА.....	24
13.	ОПТИКА.....	24
IV	ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА.....	24
V	ОДОБРЕЊЕ ТИПА МЕРИЛА.....	25
VI	СЕРТИФИКАЦИЈА	25
VII	КОНТРОЛА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА.....	27

VIII СТРУЧНА МИШЉЕЊА.....	28
IX ОВЛАШЋИВАЊЕ	28

I ЕТАЛОНИРАЊЕ

1. МАСА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
1/1	Маса	Тегови	1 mg до 100 mg	1,3 μ g до 2 μ g	СМС
1/2	Маса	Тегови	0,1 g до 1 g	2 μ g до 4 μ g	СМС
1/3	Маса	Тегови	1 g до 10 g	4 μ g до 8 μ g	СМС
1/4	Маса	Тегови	10 g до 100 g	8 μ g до 22 μ g	СМС
1/5	Маса	Тегови	100 g до 1 kg	1,3 μ g до 220 μ g	СМС
1/6	Маса	Тегови	1 kg до 10 kg	0,22 mg до 2,2 mg	СМС
1/7	Маса	Тегови	10 kg до 20 kg	2,2 mg до 10 mg	СМС
1/8	Маса	Тегови	20 kg до 50 kg	10 mg до 80 mg	СМС
1/9	Маса	Тегови	50 kg до 100 kg	80 mg до 500 mg	СМС
1/10	Маса	Тегови	100 kg до 500 kg	0,5 g до 8 g	СМС

2. ПРИТИСАК

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
2/1	Притисак	Манометри, вакууметри, мановакууметр и и претварачи притиска	- 0,95 bar до 0 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e + 1 \times 10^{-5} \text{ bar}$	АТС
			0 bar до 1 bar	$1,5 \times 10^{-4} \times p_e + 3 \times 10^{-5} \text{ bar}$	
			1 bar до 35 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e + 30 \times 10^{-5} \text{ bar}$	
			0,2 bar до 40 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e$	
			40 bar до 1000 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e$	

2/2	Притисак	Уређаји са клипом и теговима	-0,95 bar до 0 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e + 1 \times 10^{-5} \text{ bar}$	ATS
			0 bar до 1 bar	$1,5 \times 10^{-4} \times p_e + 3 \times 10^{-5} \text{ bar}$	
			1 bar до 35 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e + 30 \times 10^{-5} \text{ bar}$	
			-1 bar до 35 bar	$1 \times 10^{-4} p \text{ (рас)}$	
			0,2 bar до 40 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e$	
			40 bar до 1000 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e$	

3. ДУЖИНА И УГАО

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМC) или акредитација (АТC)
3/1	Ласерско зрачење	Стабилисани ласери према дефиницији: вакуумска таласна дужина	633 nm	0,04 fm	СМC
3/2	Ласерско зрачење	Стабилисани ласери према дефиницији: апсолутна фреквенција	474 THz	24 kHz	СМC
3/3	Ласерско зрачење	Остали стабилисани ласери: вакуумска таласна дужина	633 nm	1E-09	СМC
3/4	Дужина	Граничне мере: интерферометријска метода	до 100 mm	$Q[20; 0,2L] \text{ nm}$ $L \text{ y mm}$	СМC/АТC
3/5	Дужина	Граничне мере: метода поређења	до 100 mm	$Q[50; 0,5L] \text{ nm}$ $L \text{ in mm}$	СМC
3/6	Дужина	Мере са цртама	до 3000 mm	$Q[202; 0,38L] \text{ nm}$ $L \text{ y mm}$	-
3/7	Угао	Оптички полигони		0,2"	СМC
3/8	Угао	Подеони столови		0,2"	СМC
3/9	Угао	Аутоколиматори		0,2"	СМC
3/10	Угао	Граничне мере угла		0,2"	СМC
3/11	Храпавост	Еталон храпавости: Тип А Параметар: d	(0,01 до 50) μm	$Q[15; 15d] \text{ nm}$ $d \text{ y } \mu\text{m}$	СМC
3/12	Храпавост	Еталон храпавости: Тип С Параметри: Ra, Rq	(0,01 до 15) μm	$Q[10; 30Ra] \text{ nm}$ $Ra \text{ y } \mu\text{m}$	СМC
3/12	Храпавост	Еталон храпавости: Тип С Параметри: Rz, Rt, Rp, Rv	(0,04 до 30) μm	$Q[20; 40Rz] \text{ nm}$ $Rz \text{ y } \mu\text{m}$	СМC
3/12	Храпавост	Еталон храпавости: Тип С Параметар: RSm	(10 до 500) μm	0,5 μm	СМC
3/13	Храпавост	Еталон храпавости: Тип D Параметри: Ra, Rq	(0,01 до 10) μm	$Q[10; 40Ra] \text{ nm}$ $Ra \text{ y } \mu\text{m}$	СМC
3/13	Храпавост	Еталон храпавости: Тип D Параметри: Rz, Rt, Rp, Rv	(0,04 до 30) μm	$Q[20; 50Rz] \text{ nm}$ $Rz \text{ y } \mu\text{m}$	СМC

4. АКУСТИКА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Напомена	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
4/1	Звук у ваздуху	Лабораторијски еталон микрофони LS1P (IEC61094-1)	31,5 Hz до 12,5 kHz Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa)	0,08 до 0,13	Примарна (реципрочна) метода IEC61094-2	СМС
4/2	Звук у ваздуху	Лабораторијски еталон микрофони LS2aP (IEC61094-1)	31,5 Hz до 25 kHz Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa)	0,085 до 0,21	Примарна (реципрочна) метода IEC61094-2	СМС
4/3	Звук у ваздуху	Радни еталон микрофони WS2P, WS2F, WS2D (IEC61094-4)	250 Hz ; 1000 Hz Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa)	0,1	Метода поређења IEC61094-5	-
4/4	Звук у ваздуху	Радни еталон микрофони WS1P, WS2P, WS1F, WS2F, WS1D, WS2D (IEC61094-4)	31,5 Hz до 25 kHz Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa)	0,12 до 0,4	Електростатички актуатор фреквенцијски одзив IEC61094-6	-
4/5	Звук у ваздуху	Акустички калибратори	1000 Hz Ниво звучног притиска 94/124dB (re 20μPa)	0,09 до 0,2	Метода поређења IEC 60942	-
4/6	Звук у ваздуху	Мерила нивоа звука	63 Hz до 16 kHz Ниво звучног притиска (re 20μPa)	0,11 до 0,4	IEC 61672 или IEC 651, IEC 804	-

5. ВРЕМЕ, ФРЕКВЕНЦИЈА И БРЗИНА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
5/1	Разлика временских скала	Локални сат vs. UTC (DMDM)	$-1\text{ s} \div +1\text{ s}$	9 ns	СМС
5/2	Разлика временских скала	Локални сат vs. UTC предвиђено	$-1\text{ s} \div +1\text{ s}$	47 ns	СМС
5/3	Разлика временских скала	Локални сат vs. UTC пост-процесирано	$-1\text{ s} \div +1\text{ s}$	20 ns	СМС
5/4	Разлика временских скала	Локални (радио-синхронизовани) сат vs. UTC(DMDM)	$0\text{ s} \div \pm 30\text{ s}$	0,5 s	-
5/5	Фреквенција	Локални еталон фреквенције	5 MHz; 10 MHz	$1\text{E-}13\text{ Hz/Hz}$	СМС
5/6	Фреквенција	Извор фреквенције (импулсни сигнал или четвртка)	$1\text{ Hz} \div 3\text{ GHz}$	$1\text{E-}12\text{ Hz/Hz}$	СМС
5/7	Фреквенција	Извор фреквенције (синусни сигнал)	$1\text{ Hz} \div 3\text{ GHz}$	$Q[1\text{E-}12, 2,6\text{E-}07/f]$ f изражено у Hz	СМС
5/8	Временски интервал	Извор периода	$3,3\text{ ns} \div 10\text{ s}$	0,6 ns	СМС
5/9	Временски интервал	Извор времена успона/пада	$0,7\text{ ns} \div 1\text{ s}$	0,6 ns	СМС
5/10	Временски интервал	Извор ширине импулса	$1,6\text{ ns} \div 10\text{ s}$	0,6 ns	СМС
5/11	Временски интервал	Извор временске разлике	$1\text{ ns} \div 10\text{ s}$	0,6 ns	СМС
5/12	Временски интервал	Извор кашњења	$1\text{ ns} \div 1\text{ s}$	0,2 ns	СМС
5/13	Временски интервал	Уређаји за мерење временског интервала	$1\text{ s} \div 86400\text{ s}$	0,3 s	-
5/14	Фреквенција	Фреквенцметар	$1\text{ mHz} \div 6\text{ GHz}$	$Q[1\text{E-}12, 2,6\text{E-}07/f]$ f изражено у Hz	-

5/15	Фреквенција	Локални еталон фреквенције (стабилност фреквенције)	1 MHz ÷ 20 MHz Релативно одступање фреквенције <1E-11 Hz/Hz	2E-13 Hz/Hz	-
5/16	Мерење брзине	Уређаји за мерење брзине	(0÷250) km/h	метода поређења: ≤ 0,05 km/h	-
5/17	Мерење брзине	Уређаји за мерење брзине	(0÷250) km/h	метода поређења: ≤ 0,15 km/h	-

6. ЗАПРЕМИНА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност, (k=2)	Напомена	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
6/1	Запремина течности	Пикнометри	(1 ÷ 100) mL	0,015 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/2	Запремина течности	Пипете са једном мерном цртом	(1 ÷ 200) mL	0,015 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/3	Запремина течности	Градуисане мерне пипете	(1 ÷ 50) mL	0,015 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/4	Запремина течности	Тиквице	(1 ÷ 10 000) mL	0,015 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/5	Запремина течности	Бирете од стакла	(1 ÷ 100) mL	0,015 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/6	Запремина течности	Градуисани мерни цилиндри	(5 ÷ 2 000) mL	0,015 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/7	Запремина течности	Мерне посуде	(5 ÷ 500) L	0,02 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C или 15 °C	СМС

6/8	Запремина течности	Мерне посуде	$(5 \div 5\,000) \text{ L}$	0,03 %	Волуметријска метода, течност вода, 20 °C или 15 °C	СМС
6/9	Запремина течности	Еталон преливне пипете	$(1 \div 500) \text{ L}$	0,02 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/10	Запремина течности	Еталон мерне посуде	$(1 \div 20) \text{ L}$	0,03 %	Волуметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/11	Запремина течности	Микропипете или пипете са клипом	$(10 \div 20\,000) \mu\text{L}$	$(0,6 \div 0,2) \%$	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/12	Запремина течности	Бирете са клипом	$(0,1 \div 100) \text{ mL}$	$(0,1 \div 0,02) \%$	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/13	Запремина течности	Диспензери	$(0,01 \div 200) \text{ mL}$	$(0,1 \div 0,02) \%$	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/14	Проток течности	Ротаметри за мерење протока воде	$(0,003 \div 150) \text{ m}^3/\text{h}$	4 %	Метода динамичког мерења запремине и протеклог времена	АТS
6/15	Проток гаса	Гасомери са турбином и са ротирајућим клиповима	$(0,6 \div 10,000) \text{ m}^3/\text{h}$	0,5 % за $(0,6 \div 4) \text{ m}^3/\text{h}$; 0,35 % за $(4,5 \div 10000) \text{ m}^3/\text{h}$	Метода коришћења мастер мерила	СМС
6/16	Проток гаса	Еталон гасомери са течношћу	$(0,016 \div 25) \text{ m}^3/\text{h}$	0,2%	Метода директног поређења са критичним млазницама	-

7. ТЕМПЕРАТУРА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Напомена	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
7/1	Терпература - уређаји за реализацију ITS-90	Ћелије за реализацију фиксне тачке - тројне тачке воде	0,01 °C	0,55 mK	Директно поређење	СМС
		Ћелије за реализацију фиксне тачке - тројне тачке живе	-38,8344 °C	0,8 mK		СМС
		Ћелије за реализацију фиксне тачке - тачке топљења галијума	29,7646 °C	0,8 mK		СМС
		Еталонски платински отпорни термометри са дугим стаблом и високотемпературни отпорни термометри са дугим стаблом	-38,8344 °C	1 mK	Метода фиксних тачака	СМС
			0,01 °C	0,6 mK		СМС
			29,7646 °C	1 mK		СМС
			156,5985 °C	2,4 mK		СМС
			231,928 °C	2,2 mK		СМС
			419,527 °C	3 mK		СМС
			660,323 °C	5 mK		-
			981,78 °C	7 mK		-
7/2	Температура – уређаји за преношење ITS-90	Отпорни термометри	-196 °C	16 mK	Метода поређења/ течни азот	-
			-80 °C ÷ -20 °C	10 mK	Метода поређења/ халокарбон	СМС
			-40 °C ÷ 20 °C	9 mK	Метода поређења/ алкохол	СМС
			20 °C ÷ 90 °C	8 mK	Метода поређења/ уље	СМС
			90 °C ÷ 250 °C	12 mK		СМС
			200 °C ÷ 420 °C	16 mK ÷ 37 mK	Метода поређења/ соли	СМС
			420 °C ÷ 660 °C	37 mK ÷ 50 mK	Метода поређења	-
7/3		Термопарови од чистих метала	156,5985 °C	200 mK	Метода фиксних тачака	-
			231,928 °C	200 mK		-
			419,527 °C	80 mK		-

			660,323 °C	70 mK		-
			981,78 °C	80 mK		-
			1084,62 °C	100 mK		-
		Термопарови од племенитих метала	419,527 °C	0,20 °C		-
			660,323 °C	0,25 °C		-
			981,78 °C	0,35 °C		-
			1084,62 °C	0,40 °C		-
7/4	Температура – уређаји за преношење ITS-90	Термопарови од племенитих метала	100 °C ÷ 300 °C	0,37 °C	Метода поређења	СМС
			300 °C ÷ 600 °C	0,37 °C ÷ 0,51 °C		СМС
			600 °C ÷ 1000 °C	0,51 °C ÷ 1 °C		СМС
7/5		Термопарови од легура метала	100 °C ÷ 300 °C	0,51 °C	Метода поређења	СМС
			300 °C ÷ 600 °C	0,51 °C ÷ 0,87 °C		СМС
			600 °C ÷ 1000 °C	0,87 °C ÷ 1 °C		СМС
7/6		Стаклени термометри пуњени течномшћу	-80 °C ÷ -20 °C	20 mK	Метода поређења	СМС
			-40 °C ÷ 20 °C	16 mK		СМС
			20 °C ÷ 90 °C	13 mK		СМС
			90 °C ÷ 250 °C	18 mK		СМС
7/7		Дигитални термометри	-196 °C	16 mK	Метода поређења	-
			-80 ÷ 420 °C	10 mK ÷ 40 mK		СМС
			420 °C ÷ 1000 °C	0,4 °C ÷ 1 °C		-
7/8		Други сервиси 1.Компензациони водови 2.Индикатори температуре за отпорне и термопарске сензоре, 3.Калибратори температуре	15 °C ÷ 30 °C	50 mK	Метод поређења	-
			-200 °C ÷ 1500 °C	0,01 °C	Директно мерење	
			-200 °C ÷ 660 °C	0,5 °C	Директно мерење	

8. РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТC)
8/1	Релативна влажност	Уређаји за мерење тачке росе	dp: -40 °C ÷ 30 °C у ваздуху	0,2 °C	-
8/2		Уређаји за мерење	RH : 10% ÷ 98% -10 °C ÷ 70 °C	(0,5-1,1)% на 23°C	-

		релативне влажности			
--	--	------------------------	--	--	--

9. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (СМС) или акредитација (АТЦ)
9/1	Једносмерни електрични напон	Електронски еталони једносмерног електричног напона, еталон ћелије	1,018 V 1 V 10 V	0,45 $\mu\text{V/V}$ $\div$ 1 $\mu\text{V/V}$	СМС
9/2		Калибратори једносмерног електричног напона (вишефункцијски калибратор)	0,01 V $\div$ 1000 V	1,2 $\mu\text{V/V}$ $\div$ 38 $\mu\text{V/V}$	СМС
9/3		Волтметри једносмерног електричног напона (мултиметри)	0,01 V $\div$ 1000 V	1,2 $\mu\text{V/V}$ $\div$ 38 $\mu\text{V/V}$	СМС
9/4		Електронски еталони једносмерног електричног напона	1,018 V 1 V 10 V	0,12 $\mu\text{V/V}$ 0,12 $\mu\text{V/V}$ 0,04 $\mu\text{V/V}$	СМС
9/5	Једносмерни електрични напон (линеарност)	Волтметри једносмерног електричног напона (мултиметри)	0 mV $\div$ 100 mV 0,1 V $\div$ 1 V 1 V $\div$ 10 V	0,2 μV 0,3 μV 0,8 μV	-

10. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (СМС) или акредитација (АТЦ)
10/1	Електрична отпорност	Еталон отпорници	100 $\mu\Omega$ $\div$ 1 G Ω	0,2 $\mu\Omega/\Omega$ $\div$ 5000 $\mu\Omega/\Omega$	СМС
10/2		Декаде електричне отпорности	100 $\mu\Omega$ $\div$ 1 G Ω	0,2 $\mu\Omega/\Omega$ $\div$ 5000 $\mu\Omega/\Omega$	СМС

10/3		Калибратори електричне отпорности (вишефункцијски калибратори)	$1\ \Omega \div 1\ \text{G}\Omega$	$3,76 \cdot 10^{-5}\ \Omega \div 2,9 \cdot 10^6\ \Omega$	СМС
10/4		Мостови за мерење електричне отпорности	$0,1\ \text{m}\Omega \div 1\ \text{G}\Omega$	$0,2\ \mu\Omega/\Omega \div 5000\ \mu\Omega/\Omega$	СМС
10/5		Омметри (мултиметри)	$0,1\ \text{m}\Omega \div 1\ \text{G}\Omega$	$0,2\ \mu\Omega/\Omega \div 5000\ \mu\Omega/\Omega$	СМС

11. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТЦ)
11/1	Једносмерна електрична струја	Генератори једносмерне електричне струје	$0,1\ \text{mA} \div 30\ \text{A}$	$1,3\ \text{nA} \div 6\ \text{mA}$	СМС
11/2		Калибратори једносмерне електричне струје (вишефункцијски калибратори)	$0,1\ \text{mA} \div 30\ \text{A}$	$1,3\ \text{nA} \div 6\ \text{mA}$	СМС
11/3		Амперметри једносмерне електричне струје (мултиметри)	$0,1\ \text{mA} \div 30\ \text{A}$	$1,3\ \text{nA} \div 6\ \text{mA}$	СМС

12. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТЦ)
12/1	Наизменични електрични напон	АС/DC трансфер еталони, термички конвертори	10 mV ÷ 500 mV 10 Hz ÷ 1 MHz	17 µV/V ÷ 240 µV/V	СМС
12/2			0,5 V ÷ 5 V 10 Hz ÷ 1 MHz	10 µV/V ÷ 56 µV/V	СМС
			5 V ÷ 1000 V 10 Hz ÷ 1 MHz	13 µV/V ÷ 73 µV/V	СМС
			1 V, 10 MHz	70 µV/V	-
			1 V, 30 MHz	500 µV/V	
			2 V, 10 MHz	50 µV/V	
			2 V, 30 MHz	400 µV/V	

			3 V, 10 MHz	300 $\mu\text{V/V}$	
			3 V, 30 MHz	1500 $\mu\text{V/V}$	
			10 V, 10 MHz	300 $\mu\text{V/V}$	
			10 V, 30 MHz	2000 $\mu\text{V/V}$	
			20 V, 10 MHz	600 $\mu\text{V/V}$	
			20 V, 30 MHz	2000 $\mu\text{V/V}$	
12/3		Калибратори наизменичног електричног напона (вишефункцијски и калибратори)	10 mV $\div$ 1000 V 10 Hz $\div$ 200 kHz (200 kHz до 60 V)	0,03 mV/V $\div$ 1,4 mV/V	CMC
			10 mV $\div$ 20 V 200 kHz $\div$ 1 MHz	0,23 mV/V $\div$ 3,9 mV/V	CMC
12/4		Волтметри наизменичног електричног напона (мултиметри)	10 mV $\div$ 1000 V 10 Hz $\div$ 200 kHz (200 kHz до 60 V)	0,03 mV/V $\div$ 1,4 mV/V	CMC
			10 mV $\div$ 20 V 200 kHz $\div$ 1 MHz	0,23 mV/V $\div$ 3,9 mV/V	CMC

13. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
13/1	Наизменична електрична струја	Генератори наизменичне електричне струје	1 mA ÷ 2 A 10 Hz ÷ 10 kHz	0,00042 mA/A ÷ 2,34 mA/A	СМС
13/2		Калибратори наизменичне електричне струје (вишефункцијски калибратори)	1 mA ÷ 2 A 10 Hz ÷ 10 kHz	0,00042 mA/A ÷ 2,34 mA/A	СМС
13/3		Амперметри наизменичне електричне струје (мултиметри)	0,22 mA ÷ 2,2 A 45 Hz ÷ 5 kHz	0,21 mA/A ÷ 0,58 mA/A	СМС
			0,05 A ÷ 100 A 50 Hz ÷ 60 Hz	0,08 mA/A ÷ 0,11 mA/A	СМС
13/4		Струјни претварачи	0,22 mA ÷ 2,2 A 45 Hz ÷ 5 kHz	0,21 mA/A ÷ 0,58 mA/A	СМС
			0,05 A ÷ 100 A 50 Hz ÷ 60 Hz	0,08 mA/A ÷ 0,11 mA/A	СМС

14. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СНАГА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
14/1	Активна наизменична електрична снага	Мерила активне електричне снаге, једнофазна	0 W ÷ 1200 W (12 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 5 A, 1 ÷ 0 i/c, 45 Hz ÷ 65 Hz)	66 µW/VA ÷ 80 µW/VA	СМС
			0 W ÷ 48000 W (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0 i/c, 50 Hz to 60 Hz)	116 µW/VA ÷ 129 µW/VA	СМС
14/2		Конвертори активне електричне снаге	0 W ÷ 1200 W (12 V ÷ 240 V, 0,05 A to 5 A, 1 ÷ 0 i/c, 45 Hz ÷ 65 Hz)	66 µW/VA ÷ 80 µW/VA	СМС
			0 W ÷ 48000 W (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz)	116 µW/VA ÷ 129 µW/VA	СМС
14/3		Ватметри	0 W ÷ 1200 W (12 V ÷ 240 V, 0,05 A to 5 A, 1 ÷ 0 i/c, 45 Hz ÷ 65 Hz)	66 µW/VA ÷ 80 µW/VA	СМС
			0 W ÷ 48000 W (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz)	116 µW/VA ÷ 129 µW/VA	СМС
14/4	Реактивна наизменична електрична снага	Мерила електричне снаге, једнофазна	0 ÷ 48000 var (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz)	116 µvar/VA ÷ 129 µvar/VA	СМС
14/5		Конвертори електричне снаге	0 ÷ 48000 var (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz)	116 µvar/VA ÷ 129 µvar/VA	СМС
14/6	Привидна наизменична електрична снага	Мерила електричне снаге, једнофазна	6 VA ÷ 1200 VA (12 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 5 A, 1 ÷ 0 i/c, 45 Hz ÷ 65 Hz)	43 µVA/VA ÷ 62 µVA/VA	СМС

15. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
15/1	Активна електрична енергија	Једнофазна еталон бројила активне електричне енергије	0,4 Ws ÷ 4800000 Ws (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0,25 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz, 1 s ÷ 100 s)	116 µWh/VAh ÷ 129 µWh/VAh	СМС
15/2		Трофазна еталон бројила активне електричне енергије	0,4 Ws ÷ 4800000 Ws (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0,25 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz, 1 s ÷ 100 s)	116 µWh/VAh ÷ 129 µWh/VAh	СМС

16. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
16/1	Реактивна електрична енергија	Једнофазна еталон бројила реактивне електричне енергије	0,4 vars ÷ 4800000 vars (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0,25 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz, 1 s ÷ 100 s)	116 µvarh/VAh ÷ 129 µvarh/VAh	СМС
16/2		Трофазна еталон бројила реактивне електричне енергије	0,4 vars ÷ 4800000 vars (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0,25 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz, 1 s ÷ 100 s)	116 µvarh/VAh ÷ 129 µvarh/VAh	СМС

17. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ФАЗНИ УГАО

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
17/1	Фазни угао	Извори фазног угла	$0^\circ \div 360^\circ$ (10 mV $\div$ 350 V, 50 Hz $\div$ 100 kHz)	$0,04^\circ \div 1,68^\circ$	СМС
17/2		Мерила фазног угла	$0^\circ \div 360^\circ$ (1 Hz $\div$ 100 kHz, 10 mV $\div$ 350 V)	$0,04^\circ \div 1,68^\circ$	СМС

18. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
18/1	Таласни облици електричног напона и електричне струје/ Хармоници у електричној струји	Анализатори хармоника	$0,016 \text{ A} \div 10 \text{ A}$	$0,4 \text{ mA/A} \div 2,9 \text{ mA/A}$ (основног хармоника)	СМС

19. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
19/1	Таласни облици електричног напона и струје/ Флукуације напона на фреквенцији мреже	Фликерметри	$0,5 \div 10$	0,05	СМС

20. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР АМПЛИТУДНА ГРЕШКА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или кредитација (АТС)
20/1	Високи наизменични електрични напон амплитудна грешка напонског трансформатора	Напонски мерни трансформатори	0 % ÷ 2 % (Примарни напон 100/√3 V ÷ 120/√3 kV Секундарни напон 100/√3 V, 110/√3V, 100 V, 110 V, 120 V Фреквенција 50 Hz)	0,01 % ÷ 0,02 %	СМС

21. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
21/1	Високи наизменични електрични напон/фазни померај напонског трансформатора	Напонски мерни трансформатори	0 mrad ÷ 30 rad (Примарни напон 100/√3 V ÷ 120/√3 kV Секундарни напон 100/√3 V, 110/√3 V, 100 V, 110 V, 120 V Фреквенција 50 Hz)	0,10 mrad ÷ 0,15 mrad	СМС

22. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/ОДНОС ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
22/1	Велике наизменичне велике струје/грешка односа трансформације струјних мерних трансформатора	Струјни мерни трансформатори	0 % ÷ 2 % (Примарна струја 1 A ÷ 3000 A Секундарна струја 1A, 5A Фреквенција 50 Hz)	0,004 % ÷ 0,015 %	СМС

23. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/СТРУЈНИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТЦ)
23/1	Велике наизменичне електричне струје/фазни померај струјног трансформатора	Струјни мерни трансформатори	0 mrad ÷ 30 mrad (Примарна струја 1 А ÷ 3000 А секундарна струја 1А, 5А Фреквенција 50 Hz)	0,03 mrad ÷ 0,13 mrad	СМС

24. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА КАПАЦИТИВНОСТ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТЦ)
24/1	Импеданса/ Електрична капацитивност	Фиксни кондензатори	0,01 nF÷10000 nF (Фреквенција 20 Hz до 2 MHz)	0,59 mF/F ÷ 8,07 mF/F	СМС
24/2		Мерил електричне капацитивности , LCR метри, Мостови за мерење електричне капацитивности	1 pF ÷ 1000 pF (Фреквенција 100 Hz ÷ 1 MHz)	0,005 mF/F ÷ 0,26 mF/F	СМС

25. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ИНДУКТИВНОСТ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТЦ)
25/1	Импеданса/ Електрична индуктивност	Мостови за мерење електричне индуктивности, LCR метри	0,1 mH÷10000 mH (Фреквенција 100 Hz, 1 kHz)	0,2 mH/H ÷ 0,5 mH/H	СМС

26. ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ И МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталони-рања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ($k=2$)	Напомена	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
26/1	Густина	Ареометри/ мерила од стакла константне масе	$600 \text{ kg/m}^3 \div 1100 \text{ kg/m}^3$	$\pm 0,06 \text{ kg/m}$	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
26/2			$1100 \text{ kg/m}^3 \div 1840 \text{ kg/m}^3$	$\pm 0,08 \text{ kg/m}^3$	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
26/3		Лабораторијски дензитометри	$600 \text{ kg/m}^3 \div 1840 \text{ kg/m}^3$	$\pm 0,08 \text{ kg/m}^3$	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
26/4		Ручни дензитометри	$600 \text{ kg/m}^3 \div 1840 \text{ kg/m}^3$	$\pm 0,08 \text{ kg/m}^3$	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
26/5		Хидростатичка вага за употребу у лабораторији	$600 \text{ kg/m}^3 \div 1840 \text{ kg/m}^3$	$\pm 0,08 \text{ kg/m}^3$	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
26/6	Индекс рефракције	Ручни и Abbe рефрактометри	$1,33299 \div 1,5320 n_D$ $0 \% \div 95 \%$	$0,0001 n_D$ $0,05 \%$	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
26/7		Аутоматски рефрактометри за употребу у лабораторији	$1,33299 \div 1,5320 n_D$ $0 \% \div 95 \%$	$0,0001 n_D$ $0,05 \%$	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
26/8	Концентрација	Ареометри специјалне намене/ сахариметри	$0 \% \div 60 \%$ (% Brix)	$0,4 \%$	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
26/9	Концентрација	Мерила од стакла/ алкохолometri	$0 \% \div 100 \%$	$0,021 \%$	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-

26/10		Ареометри специјалне намене/ лактодензиметри	$600 \text{ kg/m}^3 \div 1840 \text{ kg/m}^3$	$\pm 0,08 \text{ kg/m}^3$	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
26/11	Концентрација озона	Анализатори приземног озона / фотометри за мерење амбијенталних концентрација озона, са претходним подешавањем (калибрацијом) или без њега	$0 \text{ nmol/mol} \div 1000 \text{ nmol/mol}$	$Q[1.1; 0.022x(O_3)]$		СМС
26/12		Озон генератори				

27. ФОТОМЕТРИЈА И РАДИОМЕТРИЈА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурнос т (k=2)	Напомена	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТC)
27/1	Светлосна јачина	Фотометријске сијалице за светлосну јачину	(1 до 10000) cd	2 %		СМС
27/2	Температура расподеле	Инкадесцентне сијалице за температуру расподеле	(2000 до 3000) K	30 K		СМС
27/3	Корелациона температура боје	Извори светлости	(1500 до 3200) K	60 K		СМС
27/4	Осветљеност	Фотометријске сијалице, луксметри, фотометри	(0,05 до 5000) lx	3 %		СМС
27/5	Усмерена спектрална пропустљивост	Филтери и раствори усмерене пропустљивости	(0,001 до 0,1) (401 до 1000) nm	(0,6 до 2) %		СМС
27/6	Усмерена спектрална пропустљивост	Филтери и раствори усмерене пропустљивости	(0,1 до 1) (401 до 1000) nm	0,3%		СМС
27/7	Светлосни флуks	Фотометријске сијалице за светлосни флуks	(400 до 10000) lm	3 %		СМС
27/8	Сјај/ луминанција	Еталони луминанције	(0,01 до 5000) cd/m ²	2,5 %		СМС
		Луминансметри, фотометри	A/(cd/m ²)	3 %		СМС

27/9	Усмерена спектрална пропустљивост апсорбанца	Филтери и раствори усмерене пропустљивости	(0,1 до 1) (250 до 359) nm	1 %		CMC
			(0,1 до 1) 400 nm	0,6 %		
		Спектрофотометри, биохемијски анализатори (фотометри, колориметри), ELISA читачи	(0.001 до 1) (200 до 1000) nm	(0,5 до 2) %		CMC
27/10	Усмерена спектрална рефлективност	Рефлектометри, рефлексиони спектрофотометри	(280 до 1000) nm	0,5%	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
27/11	Хроматске координате	Пропустљиви филтери боје, Колориметри	x = (0,1÷0,7) y = (0,05÷0,7)	x = (0,01 до 0,02) y = 0,01 до 0,03)	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
27/12	Таласна дужина	Спектрално селективни материјали (филтери)	(280 до 1000) nm	± 0,3 nm	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
27/13	Спектрална осетљивост детектора, Спектрална снага зрачења	Детектори оптичког зрачења, Радиометри	(280 до 1000) nm	(1 до 3) %	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-

II СЕРТИФИКОВАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ФОРЕНЗИКА

СРМ ОЗНАКА	Опис СРМ	Сертификована вредност	Мерна несигурност (k=2)	Напомена	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВРМ (СМС) или акредитација (АТС)
DMDM-E01	Раствор етанола у води, у боцама запремине 1 L	Масена концентрација раствора 0 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0 mg/L)	0,0001 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-
DMDM-E02		Масена концентрација раствора 0,2573 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,10 mg/L)	0,0007 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-

DMDM-E03		Масена концентрација раствора 0,6432 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,25 mg/L)	0,0014 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-
DMDM-E04		Масена концентрација раствора 1,0292 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,40 mg/L)	0,0025 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-
DMDM-E05		Масена концентрација раствора 1,8011 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,70 mg/L)	0,0043 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-
DMDM-E06		Масена концентрација раствора 2,4443 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,95 mg/L)	0,0059 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-
DMDM-E07		Масена концентрација раствора 3,8594 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 1,50 mg/L)	0,0092 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-
DMDM-E08		Масена концентрација раствора 5,0172 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 1,95 mg/L)	0,012 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-
DMDM-E09		Масена концентрација раствора 1,2252 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,48 mg/L)	0,0030 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-
DMDM-E10		Масена концентрација раствора 0,6126 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,24 mg/L)	0,0015 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-

III ИСПИТИВАЊЕ

1. МАСА		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Ваге са неаутоматским функционисањем, класе тачности [Ⓛ] до 1 kg	SRPS EN 45501:2009, SRPS EN 45501:2015, т.А.4.2, А.4.3, А.4.4, А.4.5, А.4.6, А.4.7, А.4.8, А.4.10, А.4.11, А.4.12, А.5.1, А.5.2, А.5.3, А.5.4, Б.2, Б.4	ДА
Ваге са неаутоматским функционисањем, класе тачности [Ⓜ] до 10 kg		ДА
Ваге са неаутоматским функционисањем, класе тачности [Ⓢ] и ^{ⓈⓈ} до 100 kg		ДА

2. ПРИТИСАК		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Манометри за мерење притиска у пнеуматцима	Правилник о манометрима за мерење притиска у пнеуматцима („Службени гласник РС”, број 66/2014)	-

3. СИЛА		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Мерило силе кочења код моторних возила	Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила („Службени гласник РС”, број 86/2014)	-

4. ДУЖИНА & УГАО		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Мерила дужине опште намене	OIML R 35	-
Машине за мерење дужине жице и кабла	OIML R 66	-
Таксиметри	OIML R 21	АТС
Аутоматска мерила нивоа течности (магнетостриktivна)	OIML R 85	-

5. АКУСТИКА		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Мерила нивоа звука	OIML R 58 IEC 61672-2	-

6. ТЕМПЕРАТУРА		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Медицински термометри	SRPS EN 12470-1,3,4,5	-
Отпорни сензори температуре	SRPS EN 60751	-
Термопарови	SRPS EN 60584	-

7. ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Рачунска јединица – део мерила топлотне енергије	SRPS EN 1434-5 OIML R75	-
Температурни пар сензора – део мерила топлотне енергије	SRPS EN 1434-5 OIML R75 SRPS EN 60751	-

8. АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Статичка бројила активне електричне енергије (класе тачности 0,2S)	SRPS EN 62053-22:2008 (тачке 7.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4)	ATS
Електромеханичка бројила електричне енергије (индекса класе А и В)	Правилник о мерилима SRPS EN 50470-2:2009 (тачке 8.1, 8.7.5.3, 8.7.5.4, 8.7.7.2, 8.7.7.3, 8.7.7.4, 8.7.7.5, 8.7.7.7, 8.7.9.2, 8.7.9.3, 8.7.10)	ATS
Статичка бројила активне електричне енергије (индекса класе А, В и С)	Правилник о мерилима SRPS EN 50470-3:2009 (тачке 8.1, 8.7.5.3, 8.7.5.4, 8.7.7.2, 8.7.7.3, 8.7.7.4, 8.7.7.5, 8.7.7.7, 8.7.9.2, 8.7.9.3, 8.7.10)	ATS

9. РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Статичка бројила реактивне електричне енергије (класе тачности 2 и 3)	SRPS EN 62053-23:2008 (тачке 7.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4)	ATS

10. МЕРИЛА ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ И МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Дензитометри електронска мерила густине	ISO 15212-1	-
Етилометри	OIML R 126	-
Рефрактометри	OIML R 108, OIML R 124, OIML R 142	-
Влагомери за зрна житарица и семенке уљарица	OIML R 59	-
Анализатори за мерење садржаја протеина у жити	OIML R 146	-
Анализатори издувних гасова за мерење емисије код возила	OIML R 99	-

11. ЗАПРЕМИНА ТЕЧНОСТИ		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода - Справе за мерење запремине течних горива и течног нафтног гаса	OIML R 117-1	-

12. БРЗИНА		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Ласерска мерила брзине возила у саобраћају - лидари	OIML R 91	-
Радарска мерила брзине возила у саобраћају	OIML R 91	-
Сензорска мерила брзине возила у саобраћају	OIML R 91	-

13. ОПТИКА		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Опациметар	Правилник о опациметрима "Сл. Гласник РС", бр. 15/2015) ISO 11614:1999	-

IV ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

Оверавање мерила, у складу са Законом о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16), врше овлашћена тела за обављање послова оверавања мерила, односно Дирекција за мере и драгоцене метале обавља и послове оверавања мерила за чије оверавање није прописано да их обављају овлашћена тела, односно за чије оверавање нема овлашћених тела.

Табеларни приказ мерила које оверава Дирекција за мере и драгоцене метале

Група мерила	Назив мерила
Дужина	мерила дужине опште намене (мерне траке, сложива мерила дужине, метри за текстил, мерне летве за мерење нивоа течности односно празног простора у резервоарима преко 3000 mm, мерни лењири, мерне траке с виском)
	машине за мерење дужине жице и кабла
	аутоматска мерила нивоа течности преко 3000 mm
	аутоматска мерила нивоа течности (капацитивна и радарска)
Запремина	млекомери и лактофризи
	проточна мерила за млеко преко 36 m ³ /h
	мерни системи за компримована гасовита горива за возила
	мерила за мерење запремине течног нафтног гаса (ТНГ) максималног протока 1000 l/min

	мерила и мерни системи за непрекидно и динамично мерење количине течности, које нису вода преко 5000 l/min
	уређаји за конверзију запремине
	угоститељске посуде
Маса	ваге са аутоматским функционисањем (са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења, за сортирање, контролне ваге и етикетирке, ваге на транспортној траци, за мерење возила у покрету)
Густина	мерила густине течности која се користе у промету роба и услуга – ареометри и дензитометри
Концентрација	алкохолometri
	рефрактометри
Мерила специјалних намена	мерила брзина возила у саобраћају

Ближи подаци о овлашћеним телима и врстама мерила за чија су оверавања овлашћена могу се преузети из јединственог Регистра овлашћених тела за оверавање мерила:

[ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА](#)

V ОДОБРЕЊЕ ТИПА МЕРИЛА

Врсте мерила за која је обавезно издавање уверења о одобрењу типа мерила, прописане су Правилником о врстама мерила која подлежу законској контроли и временским интервалима њиховог периодичног оверавања ("Службени гласник РС", број 13/2018 и 45/2019).

Р. бр.	ВРСТЕ МЕРИЛА
1.	аутоматска мерила нивоа течности
2.	мерни системи за компримована гасовита горива за возила
3.	мерни претварачи за мерила масе
4.	манометри за мерење притиска у пнеуматизима
5.	мерила за мерење силе кочења код моторних возила
6.	етилометри
7.	влажномери за зрна житарица и семенке уљарица
8.	анализатори издувних гасова
9.	опациметри
10.	анализатори за мерење садржаја протеина у житу
11.	бројила електричне енергије класе 0,2s и бројила реактивне електричне енергије
12.	таксиметри
13.	мерила брзине возила у саобраћају

VI СЕРТИФИКАЦИЈА

Дирекција, као именовано тело И 045, у складу са Решењем о именовању, врши услугу оцењивања усаглашености за следеће врсте мерила чији су захтеви прописани важећим Правилником о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18) и Правилником о неаутоматским вагама („Службени гласник РС”, број 29/18):

- водомери предвиђени за мерење запремине чисте, хладне или загрејане воде за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији (посебни захтеви прописани у прилогу МІ-001 Правилника о мерилима);
- гасомери и уређаји за конверзију запремине, предвиђени за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији (посебни захтеви прописани у прилогу МІ-002 Правилника о мерилима);
- бројила активне електричне енергије, предвиђени за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији (посебни захтеви прописани у прилогу МІ-003 Правилника о мерилима);
- мерила топлотне енергије, предвиђена за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији (посебни захтеви прописани у прилогу МІ-004 Правилника о мерилима);
- мерни системи намењени за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода (посебни захтеви прописани у прилогу МІ-005 Правилника о мерилима);
- аутоматске ваге (аутоматске ваге, аутоматска вага за појединачно мерење, аутоматска контролне ваге, аутоматске ваге са етикетирањем, аутоматске ваге са етикетирањем вредности измерене масе и цене, аутоматске дозирне ваге, аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења, аутоматске ваге са сабирањем континуираних резултата мерења, аутоматске ваге за мерење масе шинских возила у покрету) (посебни захтеви прописани у прилогу МІ-006 Правилника о мерилима);
- таксиметри (посебни захтеви прописани у прилогу МІ-007 Правилника о мерилима);
- материјализоване мере (материјализоване мере дужине, угоститељске посуде) (посебни захтеви прописани у прилогу МІ-008 Правилника о мерилима);
- мерила димензија (мерила дужине, мерила површине, мерила више димензија) (посебни захтеви прописани у прилогу МІ-009 Правилника о мерилима);
- анализатори издувних гасова (анализатори издувних гасовала, ламбда), (посебни захтеви прописани у прилогу МІ-010 Правилника о мерилима);
- неаутоматске ваге и компоненте неаутоматских вага (Правилник о неаутоматским вагама).

VII КОНТРОЛА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА

На основу Закона о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС“, број 36/11 и 15/16), Дирекција за мере и драгоцене метале, на захтев произвођача, увозника или заступника произвођача предмета од драгоцених метала, као и власника предмета од драгоцених метала и других правних субјеката, обавља следеће услуге:

КОНТРОЛА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА		
Р. бр.	УСЛУГА	КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА
1.	Утврђивање испуњености услова за добијање знака произвођача, предмета од драгоцених метала и доношење решења о знаку произвођача, предмета од драгоцених метала као и обнова тог решења	Произвођачима предмета од драгоцених метала, тј. привредним субјектима који су регистровани за обављање делатности производње предмета од драгоцених метала у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката
2.	Утврђивање услова које морају испуњавати радне просторије и опрема за жигосање предмета од драгоцених метала у пословним просторијама произвођача или увозника	Произвођачима или увозницима предмета од драгоцених метала, који желе да се испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала врши у њиховим пословним просторијама
3.	Извођење квантитативних хемијских анализа: - драгоцених метала (злата и сребра) - легура драгоцених метала и - легура од којих су израђени предмети од драгоцених метала.	Произвођачима, увозницима или заступницима произвођача предмета од драгоцених метала, као и имаоцима предмета у својини грађана и другим субјектима
4.	Испитивање састава и финоће пробних игала од драгоцених метала	Произвођачима предмета од драгоцених метала
5.	Испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала (платина, злато, паладијум, сребро)	Произвођачима, увозницима или заступницима произвођача предмета од драгоцених метала, као и имаоцима предмета у својини грађана и другим субјектима

VIII СТРУЧНА МИШЉЕЊА

У оквиру својих надлежности и Закона о метрологији "Службени гласник РС" 15/2016, Закона о контроли предмета од драгоцених метала "Службени гласник РС" 36/2011 и 15/2016 и Закона о рачунању времена "Службени лист СЦГ", 20/2006, а по захтеву заинтересованих страна Дирекција за мере и драгоцене метале издаје стручна мишљења.

IX ОВЛАШЋИВАЊЕ

У складу са Законом о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16) Дирекција за мере и драгоцене метале обавља и послове овлашћивања привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила.